

REGULAMIN

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI RADIOLOGICZNEJ

Z-ca Dyrektora
Zatwierdzam.....
31.12.2012r. SPZZOZ w Gryficach
lek.med Rajmund Rajewski

1. Praca w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej powinna być tak zorganizowana, by ograniczyć narażenie pracowników do minimum.
2. Wszyscy pracujący w narażeniu na promieniowanie rentgenowskie muszą posiadać dopuszczenie do pracy w narażeniu, wydane przez lekarza uprawnionego.
3. W pracowni nie należy umieszczać sprzętów ani urządzeń nie związanych z pracą Zakładu i wykonywanymi czynnościami.
4. Aparat i sygnalizacja ostrzegawcza winna być zawsze sprawna technicznie.
5. Błony rentgenowskie i odczynniki chemiczne winny być używane jedynie w terminach ważności.
6. Podczas wykonywania zdjęcia należy przy pomocy przesłon głębinowych ograniczać wielkość wiązki pierwotnej promieniowania.
7. Badany pacjent powinien być właściwie przygotowany do badania, należy pacjentowi wyjaśnić cel badania, sposób jego przeprowadzenia, ryzyko związane z badaniem oraz środki zapobiegawcze zastosowane w celu zmieszenia ryzyka a także sposobu zachowania podczas badania, jakiego oczekuje się od pacjenta,
8. W przypadku, gdy zachodzi taka konieczność (dla uzyskania właściwego efektu diagnostycznego), dopuszcza się by pacjent było przytrzymywany przez inne osoby, pod następującymi warunkami:
 - osoba przytrzymująca pacjenta jest pełnoletnia i nie jest kobietą w ciąży,
 - osoba ta zostanie ubrana w fartuch ochronny z gumy ołowiowej i rękawice z gumy ołowiowej
 - zostanie poinformowana o narażeniu na promieniowanie rentgenowskie i wyrazi na to zgodę.

KIEROWNIK
Zakładu Diagnostyki Obrazowej
lek. med. Jakub Klonek
specjalista radiologii diagnostyki

.....
(data i podpis ordynatora oddziału)

DYREKTOR
SPZZOZ w Gryficach
Jacek Pietryka

.....
(data i podpis dyrektora SPZZOZ w Gryficach)